

中央安全生产考核巡查组发现的问题

问题一：

XX 单位化学品储藏室放置乙酸、乙醇、四氢呋喃等危险化学品，现场视频监控系统、广播设施等未采用防爆型。

问题二：

上述位置放置的化学品包装未粘贴安全标签。

问题三：

上述区域未安装可燃气体检测报警仪。

问题四：

危险化学品储存电子查询系统上的 MSDS 未按照 GB/T 16483-2008 编制。

问题五：

XX 实验室设置氮气、氩气瓶，未设置氧含量检测报警仪。

问题六：

化学品储藏室危险化学品柜内强氧化剂、强酸强碱混放。